

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
THỊ XÃ KỲ ANH

Số: /BVĐKKA-KHTH  
V/v đề nghị gửi thư báo giá vật tư, phụ  
kiện thay thế, sửa chữa hệ thống báo  
động đò

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư, phụ kiện thay thế, sửa chữa hệ thống báo động đò với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  - Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 16 tháng 12 năm 2024.  
*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục vật tư, phụ kiện thay thế, sửa chữa hệ thống báo động đò.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Màn hình hiển thị	Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"><li>Có đèn báo sáng</li><li>Phủ sóng trong phạm vi 300m</li><li>Có thiết kế âm thanh chuyên dụng</li><li>Hiển thị được nhiều khoa phòng</li><li>Kích thước 240*142*40 mm</li><li>Có nhiều âm báo, âm lượng chuông</li></ul> Yêu cầu khác: <ul style="list-style-type: none"><li>Sản xuất từ năm 2024 trở về sau</li></ul>	01	Chiếc
2	Nguồn Adapter 12V	Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"><li>Màu sắc: Màu đen</li><li>Đầu vào điện áp: AC 100-240V</li><li>Đầu ra: DC 12V-1A</li><li>Chuẩn cắm nguồn giao tiếp: 3.5x1.35mm</li><li>Chiều dài: 1m</li></ul>	15	Chiếc

		Yêu cầu khác: - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau		
	<b>Tổng cộng: 02 khoản</b>			

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

Sau khi Nhà thầu hoàn thành các công việc, thoả thuận theo hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ các hồ sơ liên quan, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% số tiền phải trả ghi trong Hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục kèm theo Công văn này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:VT, KHTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Kim Oanh**

**PHỤ LỤC**

(Kèm theo Công văn số /BVĐKKA-KHTH ngày /12/2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)

Tên công ty.....

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi là:....., có địa chỉ tại..... báo giá vật tư, phụ kiện thay thế, sửa chữa hệ thống báo động đồ như sau:

TT	Tên vật tư, phụ kiện	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã hiệu	Hãng/N ước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1									
2									
...									
	Tổng cộng								

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Các điều khoản khác ( nếu có)
- Thời gian giao hàng:.....
- Phương thức thanh toán:.....

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ..... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] kể từ ngày ký.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**